

## Kalibrering av Alkomätare

FCA30/35/45/7000

En alkomätare läser av alkoholhalten i blodet genom ett utandningsprov. Ett utandningsprov kan göras tidigast cirka en halvtimme efter intag, annars kan mätaren gå sönder.

Eftersom mätaren påverkas varje gång den har använts, krävs det att mätaren kalibreras inom ett visst intervall för att den skall fortsätta vara tillförlitlig. Detta gäller samtliga alkomätare oavsett mätteknik. Det är viktigt att du kalibrerar din alkomätare minst var 12 månad

När du behöver kalibrera Er alkomätare kan du skicka in den till:

**Radioteknik**  
**Söderbyvägen 4**  
**195 60 Arlandastad**

Ordinarie kostnad för en kalibrering är 499:-/inkl. moms + frakt 150:-.

Som kund till Abileer får du 50% i rabatt.

(Pris som Abileer-kund: 249,50:- inkl.moms/199,60:- ex.moms). Frakt tillkommer på 150:-.

Normal tid för kalibrering är 1 vecka från det att vi mottagit testaren.

När testaren är kalibrerad skickar vi tillbaka den till den angivna adressen.

**Viktigt att du fyller i alla uppgifter nedan så att vi kan skicka testaren till dig. Texta gärna!**

Företagsnamn
För & efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Mobilnummer

Har du några frågor kan du alltid ringa 08-623 16 80 eller maila på kundtjanst@radioteknik.se